

Установка проливна переносна з пристроєм фотофіксації Digital Flowmeter

ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ВІДПОВІДНІСТЬ
Установка повинна забезпечувати: - повірку лічильників холодної та гарячої води номінальних діаметрів DN10, DN15, DN20; - можливість повірки лічильників холодної та гарячої води будь-якого типу, що застосовуються в Україні. - відповідність вимогам Методики повірки лічильників води з механічним відліковим пристроєм номінальних діаметрів DN10, DN15, DN20 на місці експлуатації, затвердженою Наказом МІНЕКОНОМПРОЗВИТКУ від 23.12.2016 №2129.	Забезпечує Забезпечує Забезпечує
Комплектність: - вузол вимірювання з встановленим програмним забезпеченням (з зарядним пристроєм); - планшетний комп'ютер вузлу керування з встановленим програмним забезпеченням (з зарядним пристроєм); - комплект шлангів; - комплект перехідників; - кабель USB; - транспортний кейс (рюкзак); - паспорт; - експлуатаційна документація; - сертифікати калібрування за ISO 17025 на установку, видані уповноваженим державним органом України; - атестат на програмне забезпечення установки за ISO/IEC 9126-1:2013.	В наявності В наявності В наявності В наявності В наявності Рюкзак В наявності Настанова щодо експлуатування В наявності В наявності
Технічні характеристики: Режим роботи: автоматичний з фотофіксацією показів лічильного механізму лічильника. Режим встановлення заданого об'єму витрати: автоматичне регулювання. Клас точності, %: 0,3. Номінальний діаметр лічильників, що повіряються, мм: 10, 15, 20. Діапазон об'ємних витрат, м³/ч: від 0,02 до 2,5. Розширена невизначеність при вимірюванні об'ємної витрати, %: ≤ 1.	Забезпечує Забезпечує Забезпечує Забезпечує Забезпечує Забезпечує